



**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rypinie**

REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 11/2/2019

Nasza data: 02.10.2019 rok

Numer ogłoszenia : 601643 – N - 2019 data publikacji: 25.09.2019 rok

**Wykonawcy
postępowania przetargowego
ZP/PN- 11/2019**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 01 października 2019 roku, wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP/PN- 11/2019** pn. : „**Dostawa sprzętu do centralnej sterylizatorni;**
1) Sterylizator parowy – sztuk 1, 2) Myjnia ultradźwiękowa – 1 – sztuk 1,
3). Wózek transportowy-sztuk 1 „

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dotyczącym wykonania zadania w pkt.1(dostawa sterylizatora) o wydłużenie terminu realizacji do 11 tygodni(do końca 2019 roku).Sterylizator o dużej pojemności jest urządzeniem produkowanym na zamówienie uwzględniającym potrzeby indywidualne klienta.(np. W tym przypadku niestandardowe sterowanie po lewej stronie).Cykl produkcji trwa min 8-10 tygodni. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy jak na wstępie.

ODPOWIEDŹ: Dopuszczalny termin realizacji to 10 grudzień 2019 rok. Powyższy termin podyktowany jest warunkami dotacji przez lokalne samorządy .

2.Prosimy o dopuszczenie myjni ultradźwiękowej o parametrach jak poniżej:

- wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) 550 x 300 x 250 mm
- Pojemność robocza/ całkowita 33 l / 42 l
- moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 1000 W
- częstotliwość 40 kHz
- moc układu grzania 1200 W
- regulator temperatury 30-80°C
- układ czasowy 0-30 min
- zawór spustowy 1/2 cala
- wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) 675 x 480 x 405 mm
- waga 39,0 kg

pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach wanna spawana z blachy o grubości 2.0 mm w gat. 316L

ODPOWIEDŹ: TAK, dopuszczamy myjnię o przedstawionych parametrach

Zatwierdzam:

**p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
lek. Roman Wasielewski**

1