



REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 17/3/2017

Nasza data:137.11.2017rok

Numer ogłoszenia : 609806- 2017; data publikacji: 31.10.2017r

I zmiana – 13.11.2017 r Nr 500057168 – N

**Wykonawcy
postępowania przetargowego
ZP/PN- 17/2017**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 09 listopada 2017 roku, wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP/PN- 17/2017** pn. : „Dostawa trzech ambulansów medycznych w formie leasingu finansowego ”

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

- 1) Dotyczy umowy §10.pkt 3 – W związku z faktem iż każdy samochód bazowy ma inny limit km po którym powinien pojawić się na przeglądzie, prosimy o zmianę punktu – nie rzadziej niż co 30 tys. km, na zgodnie z wytycznymi producenta samochodu bazowego.

ODPOWIEDŹ: Zgoda

- 2) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu C pkt. VI.6 – prosimy o dopuszczenie szafek podsufitowych z szybkami kolorowymi – szybki są przezroczyste, a półki podświetlone więc kolor szybek nie ma znaczenia, jeśli chodzi o zobaczenia przedmiotów które znajdują się w półkach.

ODPOWIEDŹ: Zgoda

- 3) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

- 4.) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – w przypadku braku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 3 – prosimy o dopuszczenie lakierowania na żółto na etapie produkcji ambulansu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

- 5.) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z dwoma miejscami w kabinie kierowcy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

- 6.) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 5 prosimy o samochodu bazowego z dwoma miejscami w kabinie kierowcy oraz trzema siedzącymi w przedziale medycznym.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

7.) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – prosimy o dopuszczenie samochodu z możliwością przewożenia 4 osób w pozycji siedzącej oraz jednej na noszach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

8.) Dotyczy parametry techniczne ambulansu typu A pkt. I – czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określeniu koloru nadwozia – jest i żółty i biały – prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z korektą załącznika nr 3 do SIWZ

9.) Z uwagi na koniec roku, trudniejszy dostęp do samochodów bazowych, nagły wzrost zamówień- prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy i dopuszczenie 75 dni.

ODPOWIEDŹ: do 75 dni

Zatwierdził ;

z up. p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rypinie
dr Daniel M. Gorgosz