



Nasz znak SPZOZ/ZP/PN - 6/1/2018

Nasza data 14.03.2018 rok

Numer ogłoszenia: 528128 - N 2018 data publikacji 07.03.2018 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2018 roku. wpłynęły zapytania dotyczące, postępowania przetargowego, oznaczonego numerem, ZP/PN - 6/2018 pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla celów opieki koordynowanej w SPZOZ w Rypinie”

PYTANIA:

Pytania dotyczą Załącznika nr 2

1. Pytanie dotyczy punktu nr 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z zakresem częstotliwości pracy aparatu, wynikającym z częstotliwości proponowanych głowic w przedziale 1-16 MHz i zakresem częstotliwości pracy aparatu w przedziale 1-18 MHz?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuści

2. Pytanie dotyczy punktu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o regulowanej dynamice systemu powyżej 255 dB?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuści

3. Pytanie dotyczy punktu nr 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o kącie korekcji w zakresie $\pm 80^\circ$ oraz z automatyczną korekcją kąta $\pm 60^\circ$?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuści

4. Pytanie dotyczy punktu nr 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę elektroniczną konweksową szerokopasmową o zakresie częstotliwości 1.0 – 7.0 MHz, o ilości kryształów w liczbie 160, wykonanej w najnowszej technologii S-VUE firmy Samsung Medison?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuści

5. Pytanie dotyczy punktu nr 44

Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznej optymalizacji obrazu oraz bez korekcji kąt dla obrazów i pętli w pamięci cine oraz zapisanych w aparacie?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuści

**p.o DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
dr. Michał Jonczyński**

podpis oryginalny w aktach sprawy